

Kit de patrones calibración "CAL CHECK" de Cloro Libre/ Total trazable a NIST para turbidímetro HI93414



Los estándares HI93414-11 CAL y Cloro Libre CAL Check™ proporcionan una solución simple para calibrar y validar fotómetros de mesa y portátiles compatibles. Este conjunto de estándares de alta calidad se fabrica en nuestras modernas instalaciones y se entrega con un certificado de análisis. El certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar fotómetros de cloro libres y totales compatibles.

- Se entrega con certificado de análisis
- Valor estándar de 1.00 ± 0.03 mg / L de cloro a 25 ° C
- Reutilizable

El HI93414-11 incluye una cubeta sellada "A" para poner a cero el medidor y una cubeta "B" que se usa para validar o calibrar. La lectura esperada del estándar "B" es 1.00 ± 0.03 mg / L de cloro a 25 °C.

Referencia: -

Paquete Estándares sellados: 0.00 y 1.00 mg / L de cloro.

Cantidad 1 juego