

Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro libre rango bajo



Los kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro libre rango bajo HI96762-11 proporcionan una solución sencilla para calibrar y validar el fotómetro portátil HI96762 de cloro libre rango ultra bajo. Este conjunto de estándares de alta calidad se suministra con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar el fotómetro de cloro libre apropiado.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 0.400 ± 0.015 mg / L (ppm) de cloro libre a 25 ° C

Referencia: -

Paquete Estándares sellados: 0.00 y 0.400 mg / L de cloro libre

Cantidad 1 juego