

Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro Libre y Total rango alto



Los kit de patrones de calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro Libre y Total rango alto HI96734-11 proporcionan una solución simple para calibrar y validar el fotómetro portátil de cloro HI96734 que tiene un rango de cloro libre y de 0.00 a 10.00 mg / L (ppm). Este conjunto de estándares de alta calidad se suministra con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar el fotómetro de cloro apropiado.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 4.00 ± 0.20 mg /L cloro a 25 ° C

Referencia: -

Paquete	Estándares sellados: 0.00 y 4.00 mg / L de cloro.
Cantidad	1 juego