

Reactivo Cloro Total DPD (0 a 3,5 mg/ L) 25 test



Este reactivo DPD es necesario para realizar las medidas con el Medidor de bolsillo Checker HI711 de Cloro total

- Sobres de reactivo polvo
- Para realizar 25 test de cloro libre
- Conservar en ambiente seco
- Disponible reactivo líquido de cloro total

Referencia: -

Paquete	sobres
Cantidad	25 test
Método	adaptación del método 330.5 de USEPA y del método estándar 4500-Cl G. La reacción entre el cloro y los reactivos causa un tinte rosado en la muestra.