

## Reactivo Cloro Total rango ultra alto (0 a 500 mg/ L) 25 test



Este reactivo es necesario para realizar las medidas con el Medidor de bolsillo Checker HI771 de Cloro Total rango ultra alto

- Sobres de reactivo polvo
- Para realizar 25 test de Cloro Total rango ultra alto
- Conservar en ambiente seco

Referencia: -

Paquete	paquete
Cantidad	25
Método	Método USEPA 330.5 y Método estándar 4500-Cl G