

Reactivo Cromo Hexavalente rango bajo (0 a 300 ppb) 25 test



Este reactivo es necesario para realizar las medidas con el Medidor de bolsillo Checker HI749 de Cromo Hexavalente rango bajo

- Sobres de reactivo polvo
- Para realizar 25 test de cromo rango bajo
- Conservar en ambiente seco

Referencia: -

Paquete	paquete	
Cantidad		25
Método	Manual ASTM de agua y tecnología ambiental, D1687-92 Método de difenilcarbohidracida	