

Reactivo de Manganeso rango alto (0,0 a 20,0 ppm) 25 test



Este reactivo es necesario para realizar las medidas con el Medidor de bolsillo Checker HI709 de Manganeso rango alto

- Sobres de reactivo polvo
- Para realizar 25 test de manganeso rango alto
- Conservar en ambiente seco

Referencia: -

Paquete	bolsitas
Cantidad	25
Método	Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 18ª edición, método de Periodate. La reacción entre el manganeso y los reactivos provoca un tinte rosado en la muestra.