Reactivo Sílice rango bajo (0,00 a 2,00 mg/ L) 25 test

Este reactivo es necesario para realizar las medidas con el Medidor de bolsillo Checker HI705 de Sílice rango bajo

- Sobres de reactivo polvo
- Para realizar 25 test de Sílice rango bajo
- Conservar en ambiente seco

Referencia: -

Paquete	botellas
Cantidad	25 pruebas
Método	Adaptación del método ASTM D859 del método heteropoly blue. La reacción entre sílice y reactivos provoca un tinte azul en la muestra.