

Test Kit Cloro Libre (0,00 a 0,70 - 0,0 a 3,5 mg/ L) 200 test



El HI38018 es un test kit que determina la concentración de cloro libre en un rango bajo y medio: de 0 a 0.7 mg / L y de 0 a 3.5 mg / L.

- 200 test
- Reactivos de recambio disponibles
- Checker® Disc para una determinación más precisa.

El HI38018 se suministra completo con todos los reactivos y equipos necesarios para realizar el análisis, incluido el Checker® Disc para una determinación precisa que un cubo comparador de color. El kit de prueba contiene suficientes reactivos para realizar 200 pruebas.

Referencia: -

Distancia	0.00 a 0.70 mg / L (ppm); 0.0 a 3.5 mg / L (ppm)
Resolución	0.02 mg / L (rango de 0.00 a 0.70 mg / L), 0.1 mg / L (rango de 0.0 a 3.5 mg / L)
Método	DPD
Número de test	200
Tipo CTK	Disco del inspector
Peso	647 g
Información sobre	El kit de prueba HI38018

pedidos

viene con reactivo de cloro libre HI93701-0 (200 paquetes), frasco desmineralizador con tapa para 12 L, disco de inspección, viales de vidrio con tapa (2) y pipeta de plástico de 3 ml.