Solución verificación para checker Cloro total rango ultra bajo

El HI761-11 es el kit de patrones estándar de calibración de rango bajo usados para validar la determinación de Cloro total a partir del Checker HI761.

El kit de calibración incluye dos cubetas selladas para realizar las mediciones y el certificado de análisis con el numero de lote, valores de referencia, la fecha de expiración y la trazabilidad.

- Valor estándar del reactivo 200 ± 15 ppb de Cloro total a 25°C

Referencia: -