

## Certificación para HS98713CLPH Maletín Potables con Turbidez, Checker Cloro Libre, pH y Tª



El documento de certificación para el maletín para análisis de aguas potables HS98713CLPH, para la medida de turbidez, cloro libre, pH y temperatura consta de:

- Calibración trazable a NIST para fotómetros/turbidímetros Cal Check, 1 parámetro, para el HI98713 - Turbidez.
- Calibración trazable a NIST, 1 parámetro, para el HI98107 - pH.
- Verificación medidor Checker en 1 punto, para el HI701 - cloro libre.

Los pedidos que incluyen este servicio, tienen un **plazo de entrega aproximado de 10 días.**

**Para pedidos de servicio de laboratorio, sobre medidores que requieren ser enviados a nuestras instalaciones, se deben de enviar junto con este archivo:**

Solicitud de Certificación

Referencia: -